

Qualitätssicherung der Hygiene in der Endoskopie und Umsetzung der Qualitätsrichtlinie Koloskopie nach §135 Abs.2 SGB V - Kassenärztliche Vereinigung Bayerns

Begleitschein zur Probenahme

Untersuchte Ärzte

	LANR	BSNR	Nachname	Vorname	Adresse
1.					
2.					
3.					
4.					

Tag der Probenahme

Uhrzeit der Probenahme/Praxis

Uhrzeit der Verarbeitung/Labor

Lfd. Nummer	Endoskopart	Endoskophersteller	Gerätenummer

Lfd. Nummer	Abnahmestelle	Durchgeführt: ja/nein	Zur Überprüfung des Fragebogens:				
	Distalende (Abstrich)		Verfahren der Endoskop-Aufbereitung:	rein manuell	Halb/Teil-Automat	ERD-Automat (RDG-E)	
	Albaranhebel (Abstrich)						
	Instrumentier-Kanal		Wasserart zur Spülung der Endoskope nach Desinfektion:	Leitungswasser	Aqua dest. unsteril	steriles Wasser/steriles Aqua dest.	Desinfiziertes Wasser im ERD-Automat (RDG-E)
	Luft/Wasser-Kanal						
Lfd. Nummer	Abnahmestelle		Wasserart zur Befüllung des Optik-Spülsystems:	Leitungswasser	Aqua dest. unsteril	steriles Wasser/steriles Aqua dest.	
	Distalende (Abstrich)						
	Albaranhebel (Abstrich)						
	Instrumentier-Kanal						
	Luft/Wasser-Kanal						
Lfd. Nummer	Nur einmal pro Endoskophersteller:						
	Optikspülsystem (Flasche, Schlauch, Wasser)						