Formblatt für die Aufzeichnung der Prüfergebnisse nach DIN 6868-13

Konstanzprüfung bei Aufnahmen mit digitalem Bildempfänger

Die Angaben müssen mit den in der Abnahmeprüfung festgelegten Bedingungen übereinstimmen.

Angaben zum Betreiber:		
Röntgeneinrichtung Raum: Anwendungsgerät: Generator: Hersteller: Datum Abnahmeprüfung:	Serien-Nr.: Filterung:	mmAl
Digitales Bildempfängersystem Gerätekennzeichnung: Bildempfänger, Typ:	Bildempfängerformat: Kassettenkennzeichnung:	
Prüfmittel Prüfkörper, Typ: Hersteller:	Material: Dicke Dosismessgerät, Typ/Serien-Ni Ltz. messtechn. Kontrolle, Datu	
Aufnahmebedingungen Fokus-Bildempfänger-Abstand: cm Fokus-Strukturkörper-Abstand: cm	Brennfleck: ☐ gro Lichtfeldgröße: cm Formatautomatik abgeschalten	x cm
Freie Einstellung Röhrenspannung: kV Elektrizitätsmenge: mAs	Belichtungsautomatik Röhrenspannung: Programm: Belichtungskorrektur: Messkammer: □ links □ Mitt	
Auswertebedingungen Auswerteprogramm:	Belichtungsautomatik Röhrenspannung: Programm:	kV
Auswertemodus: Fensterlage: Fensterweite: Abbildungsmaßstab V:	Belichtungskorrektur: Messkammer: links Mitt	e rechts

Unterschrift

Ort, Datum