

## **Überprüfungspunkte - Schwerpunkt-Aktion Bayerische Gewerbeaufsicht: „Aufbereitung von Medizinprodukten in gastroenterologischen Praxen“**

- **Sachkenntnisse zur Aufbereitung der Medizinprodukte**
- **Risikoeinstufung der Medizinprodukte**
- **Standardarbeitsanweisungen für die Aufbereitung**
- **Räumliche Anforderungen für die Aufbereitung**
- **Mikrobiologische Untersuchungen der Endoskope nach Aufbereitung**
- **Aufbereitung der Endoskope**
  - Vorreinigung im Untersuchungsraum
  - Dichtigkeitstest
  - Manuelle Reinigung
  - Maschinelle Reinigung und Desinfektion (RDG: chemothermisches Verfahren)
    - Validierung
    - Routinekontrollen
  - alternativ: Teilmaschinelle Aufbereitung in einem Desinfektionsgerät
    - geeignetes Desinfektionsmittel
    - geeignetes Schlusspülwasser
    - Trocknung
  - alternativ: Manuelle Desinfektion
    - geeignetes Desinfektionsmittel
    - geeignetes Schlusspülwasser
    - Trocknung
  - Freigabe
  - Lagerung
- **Aufbereitung von endoskopischem Zusatzinstrumentarium**
  - Reinigung und Desinfektion der Optikspülflasche und des Anschlussschlauches
  - Befüllung der Optikspülflasche mit sterilem Wasser
  - Aufbereitung von „kritisch B“-eingestuften Zusatzinstrumenten
    - validierte Reinigung und Desinfektion (RDG: chemothermisches Verfahren)
    - Verpacken vor der Sterilisation
    - validierte Sterilisation
  - alternativ: Einsatz von Zusatzinstrumenten als Einmalprodukte