

Überprüfungspunkte: Schwerpunkt-Aktion Bayer. Gewerbeaufsicht „Aufbereitung von Medizinprodukten in dermatologischen Praxen“

- **Sachkenntnisse zur Aufbereitung der Medizinprodukte**
- **Risikoeinstufung der Medizinprodukte**
- **Standardarbeitsanweisungen für die Aufbereitung**
- **Räumlichen Anforderungen für die Aufbereitung**
- **Maschinelle Reinigung und Desinfektion**
 - Validierung
 - Routinekontrollen
- **Manuelle Reinigung und chemische Desinfektion**
 - Vollständige Standardarbeitsanweisung
 - Überprüfung der Reinigungsleistung/Restprotein-Bestimmung
 - Zwischenspülung
 - Geeignetes Desinfektionsmittel
 - Geeignetes Schlusspülwasser
 - Trocknung
- **Manuelle Reinigung und thermische Desinfektion**
 - Vollständige Standardarbeitsanweisung
 - Überprüfung der Reinigungsleistung/Restprotein-Bestimmung
 - Trocknung
 - Geeigneter validierter Sterilisator
- **Externe Aufbereitung**
 - Geeigneter Transportbehälter
 - Vertragliche Regelung der Aufbereitung
- **Prüfung auf Sauberkeit, Pflege und Funktionskontrolle**
- **Verpackung (bei als „kritisch“ eingestuften Medizinprodukten)**
- **Sterilisation (bei als „kritisch“ eingestuften Medizinprodukten)**
 - Geeigneter Sterilisator
 - Validierung
 - Routinekontrollen
 - Prozessindikator
 - Sichtprüfung
- **Dokumentierte Freigabe**
- **Lagerung**