

Konstanzprüfung bei Durchleuchtungs-Einrichtungen/BV

nach DIN 6868, Teil 4

Röntgeneinrichtung

Betreiber:.....

Raum:.....

Anwendungsgerät

Generator:.....

Hersteller:.....

BV-Formate:.....cm;.....cm;.....cm;

BV-Kamera Laserkamera, o.ä.

Strahler, Typ:.....

Serien-Nr.:.....

Filterung:.....

Raster, Typ:.....

Prüfkörper

Typ:.....

Hersteller:.....

Material:.....Dicke.....mm

Dosismeßgerät:.....

Meßzeit:..... Sekunden

Durchleuchtungsbedingungen

Dosisleistungsstufe:.....

Festspannungsautomatik (.....kV)

Feststromautomatik (.....mA)

Regelkennlinie:.....

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

